

ATA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS E/OU FICHAS TÉCNICAS

Assunto: ANÁLISE DE AMOSTRAS E/OU FICHAS TÉCNICAS

PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 33/2023

PROCESSO Nº 41/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE INSUMOS PARA CONTROLE DE DIABETES PARA 24 (VINTE E QUATRO) MUNICÍPIOS CONSORCIADOS PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.

PREÂMBULO:

No dia 27 de novembro de 2023, na sede do CIOP, situada à Rua Coronel Albino, nº 550, Vila Maristela em Presidente Prudente, Estado de São Paulo, a equipe técnica, que assina ao final deste documento, nomeada pela Portaria nº 331/2022 para Comissão de Avaliação de Amostras do Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista-CIOP, deliberou sobre os produtos com suas respectivas marcas por meio de amostras e fichas técnicas, conforme consta abaixo descrito na coluna: Resultado da Avaliação da Amostra e/ou Ficha Técnica.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID FORNEC	Licitantes Classificados	Marca	Resultado da Análise da Amostra/ Ficha Técnica
1	SERINGA COM AGULHA ACOPLADA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA. DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICA, COM CAPACIDADE PARA 1ML/100UI E AGULHA FIXA DE 8,0 x 0,30 mm DE CALIBRE (30G). CORPO LUBRIFICADO, COM ESCALA EXTERNA GRAVADA, INDELÉVEL, PRECISA E VISÍVEL ATÉ 100UI, COM DIVISÕES DE 2 EM 2 UNIDADES INTERNACIONAIS. FLANGE COM FORMATO ANATÔMICO, PARA APOIO DOS DEDOS E QUE CONFIRA ESTABILIDADE À SERINGA QUANDO EM SUPERFÍCIE PLANA. ÊMBOLO DESLIZÁVEL, AJUSTADO AO CORPO DA SERINGA, DE MODO A IMPEDIR A ENTRADA DE AR, COM ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA FIXADO EM SUA EXTREMIDADE. AGULHA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, COM BISEL TRI FACETADO, AFIADA, COM CANHÃO TRANSLÚCIDO, PROVIDA DE PROTETOR QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAÇÃO DO CANHÃO. EMBALAGEM QUE	UNIDADE (SERINGA)	1º Colocado: Injex Industrias	Injex	Situação: Aprovado Motivo: Material em conformidade com o descritivo.
			2º Colocado: Cirulabor Produtos	DESCARPACK	Situação: Desclassificado. Motivo: Não apresentou amostra.
			3º Colocado: DAKFILM COMERCIAL	SR SALDANHA RODRIGUES	Situação: Não Analisado Motivo: 1º colocado vencedor

GARANTA A INTEGRIDADE E ESTERILIZAÇÃO DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E QUE PERMITA A ABERTURA E A TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. O PRODUTO DEVE AINDA ATENDER A NBR ISO 8537/2012 E APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMITIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA) EM PLENA VIGÊNCIA. NECESSÁRIO APRESENTAR FOLHETO COM DESCRIÇÃO DO PRODUTO.

APRESENTAR AMOSTRA

4º Colocado: CURAMED PRODUTOS	TKL	Situação: Desclassificado. Motivo: Não apresentou amostra.
5º Colocado: VERDE DISTRIBUIDORA	TKL	Situação: Não Analisado Motivo: 1º colocado vencedor
6º Colocado: MULTIFARMA	SALDANHA RODRIGUES	Situação: Não Analisado Motivo: 1º colocado vencedor
7º Colocado: CIRURGICA UNIÃO LTD A	DESCARPACK	Situação: Desclassificado. Motivo: Não apresentou amostra.
8º Colocado: Pontual Comercial Eireli	INJEX	Situação: Desclassificado. Motivo: Não apresentou amostra.
9º Colocado: MF Comércio	MEDIX - SERINGA	Situação: Desclassificado. Motivo: Não apresentou amostra.

			<p>10º Colocado: LUMAR COMERCIO DE</p>	<p>SR RODRIGUES</p>	<p>Situação: Desclassificado.</p> <p>Motivo: Não apresentou amostra.</p>
			<p>11º Colocado: SOQUIMICA</p>	<p>SOL MILLENNIUM</p>	<p>Situação: Não Analisado</p> <p>Motivo: 1º colocado vencedor</p>
2	<p>TIRAS REAGENTES PARA MEDIDA DE GLICEMIA CAPILAR. FIXA EM SUPORTE PLÁSTICO, COM ÁREA REATIVA PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICEMIA UTILIZANDO QUALQUER METODOLOGIA ENZIMÁTICA, COM LEITURA PELOS MÉTODOS DE AMPEROMETRIA OU FOTOMETRIA, CAPILAR, NEONATO E APRESENTAÇÃO DO RESULTADO ATRAVÉS DE MONITOR PORTÁTIL SEM USO DE CHIP OU CALIBRAÇÃO MANUAL COM CODIFICAÇÃO AUTOMÁTICA, SEM A NECESSIDADE DE TECLAGEM DE BOTÕES PARA CALIBRAGEM. QUE NÃO SOFRA INTERFERENCIA COM EQUIPAMENTOS ELETROMAGNETICOS DE USO DOMICILIAR (CELULARES, CONTROLES, ETC). CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE GLICEMIA DE 20 MG/DL À 600 MG/DL, ACEITANDO VALORES INFERIORES A 20 MG/DL OU SUPERIORES À 600 MG/DL. NÃO APRESENTAR INTERFERENCIA COM ANALGESICOS, ANTITERMICOS E VASOATIVOS. A EMBALAGEM DEVERÁ TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO A SAÚDE. APÓS ABRIR PELA PRIMEIRA VEZ O FRASCO DAS TIRAS, AS MESMAS TERÃO UM PRAZO DE VALIDADE ACIMA 12 MESES MESMO APÓS ABERTURA DO FRASCO SEREM UTILIZADAS. POSSUIR SOFTWARE EM PORTUGUES BRASIL PARA ANALISE E GERENCIAMENTO DAS TIRAS E DOS DADOS. APARELHOS GLICOSÍMETROS DEVERÃO SER DOADOS NA PRIMEIRA COMPRA ESTIPULADA PELOS MUNICIPIOS. APRESENTAR AMOSTRA</p>	UNIDADE (TIRA)	<p>1º Colocado: Pontual Comercial Eireli</p>	<p>G-TECH</p>	<p>Situação: Desclassificado.</p> <p>Motivo: Não apresentou amostra.</p>
			<p>2º Colocado: CIRURGICA UNIÃO LTDA</p>	<p>ONCALL PLUS</p>	<p>Situação: Desclassificado.</p> <p>Motivo: Não apresentou amostra.</p>
			<p>3º Colocado: SOQUIMICA</p>	<p>ROCHE</p>	<p>Situação: <u>Aprovado</u></p> <p>Motivo: <u>Material em conformidade com o descritivo.</u></p>
3	<p>LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX. BISEL TRIFACETADO EMBUTIDO FIRMEMENTE EM CORPO PLÁSTICO OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL, COM TAMPA PROTETORA DE FÁCIL REMOÇÃO, 28/30G. EMBALAGEM RESISTENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO USO, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE</p>	UNIDADE (LANCETA)	<p>1º Colocado: Injex Industrias</p>	<p>Injex</p>	<p>Situação: <u>Aprovado</u></p> <p>Motivo: <u>Material em conformidade com o descritivo.</u></p>

	FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO E PROCEDÊNCIA. DOAÇÃO DO LANCETADOR NA PRIMEIRA COMPRA ESTIPULADA PELO MUNICÍPIO. APRESENTAR AMOSTRA		2º Colocado: CIRURGICA UNIÃO LTDA	MEDLEVENSOHN	Situação: Desclassificado. Motivo: Não apresentou amostra.
			3º Colocado: DAKFILM COMERCIAL	BIOMASS	Situação: Desclassificado. Motivo: Não apresentou amostra.
			4º Colocado: Pontual Comercial Eireli	G-TECH	Situação: Desclassificado. Motivo: Não apresentou amostra.
4	AGULHA DESCARTÁVEL PARA CANETA DE INSULINA - 32 G. NECESSÁRIO APRESENTAR FOLHETO COM DESCRIÇÃO DO PRODUTO. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE (AGULHA)	1º Colocado: DAKFILM COMERCIAL	SR SALDANHA RODRIGUES	Situação: <u>Aprovado</u> Motivo: <u>Material em conformidade com o descritivo.</u>
			2º Colocado: Injex Indústrias	Injex	Situação: Não Analisado Motivo: 1º colocado vencedor

		<p>3º Colocado: Pontual Comercial Eireli</p>	<p>INJEX</p>	<p>Situação: Desclassificado.</p> <p>Motivo: Não apresentou amostra.</p>
		<p>4º Colocado: MF Comércio</p>	<p>MEDIX - AGULHA</p>	<p>Situação: Desclassificado.</p> <p>Motivo: Não apresentou amostra.</p>
		<p>5º Colocado: LUMAR COMERCIO DE</p>	<p>MEDIX</p>	<p>Situação: Desclassificado.</p> <p>Motivo: Não apresentou amostra.</p>
		<p>6º Colocado: CIRURGICA UNIÃO LTDA</p>	<p>UNIQMED</p>	<p>Situação: Desclassificado.</p> <p>Motivo: Não apresentou amostra.</p>
		<p>7º Colocado: MEDLEVENSOHN</p>	<p>ml01</p>	<p>Situação: Desclassificado.</p> <p>Motivo: Não apresentou amostra.</p>

			8º Colocado: MULTIFARMA	SALDANHA RODRIGUES	Situação: Não Analisado Motivo: 1º colocado vencedor
			9º Colocado: Cirulabor Produtos	INJEX	Situação: Desclassificado. Motivo: Não apresentou amostra.

ENCERRAMENTO:

Encerrada a análise, a presente comissão, que assina abaixo, devolve o expediente da Ata de Análise de Amostras e Fichas Técnicas, com os respectivos resultados acima registrados, para que o Pregoeiro, ora Presidente da Comissão, de andamento aos próximos atos do Pregão Eletrônico.

Marcel dos Santos Cardoso

*Chefe do Setor de Licitação e Contratos – CIOP
Pregoeiro – Presidente da Comissão*

Cláudio Denner Monteiro

*Diretor de Saúde – Enfermeiro – CIOP
Membro Técnico*

Danielle Araújo Freitas Veloza

*Enfermeira – Regente Feijó
Membro Técnico*